

Odp. nr 2

**Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn: „Różne produkty lecznicze” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z póź. zm.), ogłoszonego w BZP pod numerem 2026/BZP 00282315 z dnia 10.06.2026r.

W odpowiedzi na zapytania, informuję:

Pytanie: 1

W treści SWZ w Zadaniu nr 1 poz. 86 wskazano, że przedmiotem zamówienia ma być system „Diagnostic Gold Strip”. Pragniemy zauważyć, że takie sformułowanie może w praktyce ograniczać konkurencję, co jest sprzeczne z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, opis przedmiotu zamówienia powinien bazować na parametrach technicznych i funkcjonalnych, a nie na nazwach handlowych czy określeniach „typowych”.

Ograniczenie zamówienia wyłącznie do jednego typu systemu niesie za sobą szereg negatywnych skutków:

- wyższe koszty – brak możliwości porównania ofert różnych producentów uniemożliwia uzyskanie niższej ceny,
- brak optymalizacji budżetu – Zamawiający naraża się na nieuzasadnione wydatki w ramach środków publicznych,
- ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy – brak alternatywy w przypadku problemów z dostępnością lub wzrostem cen.

Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałyby realną możliwość obniżenia kosztów budżetowych przeznaczonych na zakup systemów pomiaru glukozy.

W związku z tym pytamy, czy Zamawiający – postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99 ust. 4–6) – dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta wraz z zaoferowaniem kompatybilnych bezpłatnych glukometrów i płynów kontrolnych, o parametrach równoważnych lub lepszych niż wskazane w SWZ, w tym:

Propozycja: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej, żylniej i noworodkowej, zakres pomiaru 9-600 mg/dl, hematokryt 0-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,6 ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Paski testowe o powyższych parametrach zapewniają równoważną lub lepszą funkcjonalność kliniczną, a ich dopuszczenie do postępowania umożliwi uczciwą konkurencję i wybór rozwiązania najbardziej korzystnego dla Zamawiającego.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych pasków testowych.

Pytanie: 2


Czy w Zadaniu nr 1 poz. 190 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr., zawierającego kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103, w stężeniu 6 mld CFU/ kaps.? Produkt nie zawiera glutenu, laktozy i białek mleka, dzięki czemu jest bezpieczny dla osób z alergiami pokarmowymi.

Odp: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 190 wymienionego w pytaniu produktu. Zamawiający podkreśla, że przy wyborze preparatu, będzie brał również pod uwagę formę rejestracji. Preferowaną formą jest rejestracja jako "Lek".

Pytanie: 3

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 315 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Produkt nie zawiera glutenu, laktozy i białek mleka, dzięki czemu jest bezpieczny dla osób z alergiami pokarmowymi.

Odp: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 315 wymienionego w pytaniu produktu. Zamawiający podkreśla, że przy wyborze preparatu, będzie brał również pod uwagę formę rejestracji. Preferowaną formą jest rejestracja jako "Lek".

KIEROWNIK
SP. CZOZ w Czajkowie

inż. Paweł Nieć